

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 01.02.2024 r.

IF.272.1.5.2024

Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. **„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”** Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Pytanie dotyczy lampy operacyjnej. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poniższych parametrach:
Lampa operacyjna PentaLED 30N+30N o poniższych parametrach:

- Natężenie oświetlenia 160 000 lux + 160 000 lux
- Temperatura barwowa do wyboru 4500/5000K
- Współczynnik odwzorowania kolorów Ra 96
- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9)90
- Regulacja średnicy pola operacyjnego mechanicznie 14-28cm
- Średnica czaszy lampy główna 40cm, satelita 40cm
- Źródło światła czasza główna 30 diod LED białych, satelita 30 diod LED białych
- Żywotność źródła światła 60 000h
- Uchwyt brudny na zewnątrz czaszy
- 2szt uchwyty sterylizowalnych na każdą czaszę

Odpowiedź:

Oferowana lampa operacyjna musi spełniać wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)