

## Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) na zadanie pn. „**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania dotyczące Kardiomonitora z funkcjami EKG, NIBP, TEMP, SpO<sub>2</sub>

#### Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy co pozwoli o rozbudowę o funkcjonalności opisane w p.15 bez udziału serwisu?

Kardiomonitor dodatkowo wyposażony jest w niezależny moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia co pozwoli na jego swobodny transport.

*Pragniemy nadmienić, że rozwiązania kompaktowe mają swoje ograniczenia a ich późniejsza rozbudowa nie jest możliwa bez autoryzowanego serwisu lub zupełnie niemożliwa. Ponadto zapis ten stoi w sprzeczności z p. 15.*

#### Odpowiedź:

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ.**

#### Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej 19”, rozdzielczości min. 1440x900 pikseli Kardiomonitor z wysokokontrastowym ekranem i możliwością wyłącznie zmiany jasności ekranu przez użytkownika bez potrzeby regulacji kontrastu?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza ww. parametry.**

#### Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć 4 godzin w rozdzielczości 10 sekund oraz pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund ? Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z jednoczesnym, ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. przynajmniej 6 odprowadzeń EKG, fali SpO<sub>2</sub> oraz fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu ostatnich 48 godzin? Jest to wystarczająca ilość danych do retrospektywnej oceny stanu pacjenta.

**Odpowiedź:**

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowanym złączem USB umożliwiającym eksportowanie wybranego pliku pacjenta do pamięci Flash USB lub komputera PC w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika, bez czytnika kodów?

**Odpowiedź:**

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor gdzie monitorowanie 3 odprowadzeń EKG realizowane jest z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego oraz analizę ST 3 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń z kabla 5 żyłowego, z alarmem bezdechu w zakresie 10-60s?

**Odpowiedź:**

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym SpO<sub>2</sub>: 0 – 100%, zakres pomiarowy pulsu 20 – 254 ud./min. i w technologii producenta urządzenia? Z Możliwością rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza ww. parametry.**

**Pytanie Nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 3 fal dynamicznych jednocześnie?

**Odpowiedź:**

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor ze stojakiem jezdny malowanym proszkowo na 5-ciu kołach co zapewnia wysoką stabilność i mobilność oferowanego urządzenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza ww. parametry.**

**Pytanie Nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o kapnometrię, ciśnienie krwawe w 4 kanałach, rzut serca metodą inwazyjną (termodylucja) i nieinwazyjną (ICG), gazy anestetyczne, BIS, bez możliwości rozbudowy o saturację dualną i NMT.

**Odpowiedź:**

**Kardiomonitor musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 3 do SWZ..**

## **Pytania dotyczące stołu zabiegowego**

### **Pytanie Nr 1:**

W związku z tym, że producent wycofał się z produkcji wymaganego stołu zabiegowego oraz nie posiada go na stanie magazynowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stołu zabiegowego o poniższych parametrach technicznych:

#### **Ad 3**

Wysokiej klasy uniwersalny stół zabiegowy którego blat stołu jest 3 segmentowy.

Segment oparcia pleców

Segment oparcia głowy

Segment siedziska z regulacją odchylenia posiadający wycięcie do badań ginekologicznych.

#### **Ad 5**

Wysokiej klasy stół zabiegowy z segmentem pleców regulowanym elektrycznie w zakresie 0-80°

#### **Ad 6**

Wysokiej klasy stół zabiegowy z segmentem głowy regulowanym elektrycznie w zakresie 0-80°

#### **Ad 8**

Wysokiej klasy stół zabiegowy z elektrycznie regulowaną wysokością.

Regulacja wysokości przy pomocy pilota ręcznego lub pilota nożnego

#### **Ad 9**

Wysokiej klasy stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 46-86 cm

#### **Ad 10**

Regulację przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą elektrycznych siłowników. Sterowanie pilotem ręcznym bądź pilotem nożnym.

#### **Ad 11**

Wysokiej klasy stół zabiegowy którego zakres regulacji Trendelenburga to od 0 do 15°

#### **Ad 15**

Stół zabiegowy z podstawą jezdnią. Koła o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza stół za zabiegowy z podstawą jezdnią, z kołami o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą (Ad 15). Pozostałe parametry stołu muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie Nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego o konstrukcji z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym. Lakier odporny na mycie i dezynfekcję ogólnie dostępnymi na rynku środkami dezynfekcyjnymi?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza ww. parametry.**

### **Pytanie Nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu zabiegowego z blatem 3 segmentowym a w tym:

- segment siedziska, z regulacją odchylenia, posiadający wycięcie do badań ginekologicznych
- segment oparcia pleców z poduszką pod głowę
- segment nóg z możliwością demontażu?

### **Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie Nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z oparciem głowy zintegrowanym z segmentem oparcia pleców?

**Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie Nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy regulacją wysokości blatu uzyskiwaną przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej pilotem?

**Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie Nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający zakres regulacji wysokości min od 650 do 1010 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza ww. parametry.**

**Pytanie Nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą pilota?

**Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie Nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o wymiarach:

- długość całkowita blatu 1880 mm (+/- 50mm)
- całkowita szerokość blatu min. 650 (+/- 50mm)?

**Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie Nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z dopuszczalnym obciążeniem min. 150 kg?

**Odpowiedź:**

**Stół zabiegowy musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

.....  
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)